


Como consultar os **padrões de calibração** no Portal do Cliente?

1 - O primeiro passo é acessar o site:

<https://certificados.eranalitica.com.br/painel/>

e entrar com seu login e senha encaminhado pela nossa assistência técnica.




2 - Após logar, você será direcionado para essa página. Aqui, clique em **“Acessar Padrões”**.



Como consultar os **padrões de calibração** no Portal do Cliente?

3 - Na página que abrirá, teremos duas opções para localizarmos nossos padrões, acessando as páginas pelos anos (conforme na imagem abaixo) ou pela barra de pesquisa. Vamos ver como localizar.



4 - Quando receber seu certificado ao analisá-lo você encontrar o item **“Rastreabilidade dos Padrões”**. Nessa parte do certificado consta o código do padrão conforme podemos ver abaixo:

5. Rastreabilidade dos Padrões			
Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração
L008A03TE	Termômetro Digital	CAL 0127	LV02172-25222-23-R1
L008A03TH	Higrômetro Digital	CAL 0127	LV02172-25222-23-R1
L004A03BA	Barômetro Digital	CAL 0127	LV02172-25601-23-R1
K003A01BA	Balança Analítica	CAL 0715	031772_01
H004A03TE	Termometro Digital	CAL 0715	031087_01

5 - Vamos anotar o código do padrão para buscarmos no portal do cliente. Nesse caso é o padrão: **L008A03TE**

6 - Agora, basta clicar na lupa para que o portal apresente o padrão buscado.



Como consultar os **padrões de calibração** no Portal do Cliente?

7 - A busca nos retornou os certificados de padrões que possuem esse código, no caso da nossa busca é o primeiro, com validade até 13/09/2025.

NOME DA PASTA

Pesquisar Padrões/Pasta

[Voltar](#)

ARQUIVO	DESCRIÇÃO
L008A03TE-TH -Termohigrômetro Digital - ...	Certificado do Padrão
L008A03TE-TH -Termohigrômetro Digital - L008A03TE-TH -Termohigrômetro Digital - Val. 13-09-2025.pdf	Certificado do Padrão
L008A03TE-TH -Termohigrômetro Digital - ...	Certificado do Padrão

8 - Após clicar no link do padrão, pronto! Seu certificado de padrões está disponível para realizarmos o download

certificados... / L008A03TE-TH 13-09-2025



**Visomes Comercial
Metrologia Ltda.**



VISOMES METROLOGIA
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LV02172-25222-23-R1

INTERESSADO: ER ANALITICA LTDA - ME
R ITAICI, 130 - JARDIM ITAJAI - VARZEA PAULISTA - SP, CEP.: 13224-250
CONTRATANTE: ER ANALITICA LTDA - ME
R ITAICI, 130 - JARDIM ITAJAI - VARZEA PAULISTA - SP, CEP.: 13224-250

DADOS DO EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES DA CALIBRAÇÃO
MATERIAL CALIBRADO: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL

MARCA:	LUTRON	N° CONTROLE:	L008A03TE
MODELO:	MH-2825D	N° SÉRIE:	050596
ESCALA 1:	15 a 95 % UR	DATA DA CALIBRAÇÃO:	14/09/23
ESCALA 2:	0 a 95 °C	LOCAL DA CALIBRAÇÃO:	Laboratório de Temperatura e Umidade
RESOLUÇÃO:	0,1 %UR / 0,1°C	CONDIÇÃO AMBIENTAL:	22 °C e 1°C a 62 %UR e 5 %UR
N° SENSOR:	NÃO APLICÁVEL	N° ORDEM DE SERVIÇO:	02172-041712023

PADRÕES UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CERTIFICADO	VALIDADE	RASTREABILIDADE
PV-179-0	Higrômetro de Ponto de Orvalho	LV00017-00270-23-R0	jan-24	SI - RBC
PV-280-0	Termômetro Digital	LV00017-00008-23-R0	jan-24	SI - RBC
PV-281-0	Termômetro Digital	LV00017-00007-23-R0	jan-24	SI - RBC

MÉTODO DE CALIBRAÇÃO
Calibração realizada por comparação com um padrão em meio termosselado e expressa a média das leituras efetuadas.
Para esta calibração, foi utilizada a Instrução de Trabalho: ILV-002.

NOTAS E INFORMAÇÕES PERTINENTES

- 1 - A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (v_eff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Para k = 2, a distribuição é Normal. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 2 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que valida a competência do laboratório e compromete sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades - SI e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.
- 3 - Os certificados de Calibração digitais possuem uma forma de assinatura eletrônica de uma instituição reconhecida por todos como confiável que funciona como "cartão eletrônico". Os métodos criptográficos empregados impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-o absolutamente inalterável. Garante-se assim, por quem testa, que os dados de identificação de certificado são verdadeiros. Estes quando alterados perdem a validade. A certificação digital garante os três princípios básicos da comunicação segura em ambiente de rede de computadores: autenticidade, privacidade e inalterabilidade. Este certificado, se impresso pela Visomes, para garantir a originalidade, deve estar cancelado.
- 4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.
- 5 - É proibida a reprodução parcial deste certificado.
- 6 - Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.
- 7 - Tendência = Média das Leituras (Equipamento em Calibração) - Valor do Padrão (Média das Leituras do Padrão de Referência)
- 8 - Valor de Referência = Média das Leituras - Tendência
- 9 - Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrologia.
- 10 - Serviço realizado nas instalações permanentes de Visomes.
- 11 - Leituras de Temperatura realizadas no sensor Interno (TACCO IN°)
- 12 - Este certificado cancela e substitui o LV02172-25222-23-R0. Data de revisão: 23/09/2023
- 13 - Alteração no Campo N° de Controle

APROVADO
Responsável: Renato
Padrão: L008A03TE-TH
Data: 25/09/2023
Validade: 13/09/2025

R. Joaquim dos Santos, 181 - Rio Bonito - São Paulo - SP - CEP 04823-080 - F.: (11) 5662-9911

Página 12



ER Analítica LTDA EPP
Manutenção e Calibração

Av. Marginal do Rio Jundiá, 2665 -
Distrito Industrial, Várzea Paulista - SP, 13221-800.
Tel.: (11) 4606-7200
mkt@eranalitica.com.br
www.eranalitica.com.br



Manual sujeito a alterações.
©2024/2025 ER ANALÍTICA. Todos os direitos reservados.



Acesse nosso site.